

ROMANIA  
JUDETUL TIMIS  
MUNICIPIUL TIMISOARA  
DIRECTIA DE MEDIU  
Compartiment Gradina Zoologica  
AP2017-303/23.11.2017

In urma solicitarii de clarificari din partea unui operator economic, va transmitem alaturat intrebarile precum si raspunsurile la acestea:

"Va rugam sa clarificati cerintele pentru distanta minima si maxima de tragere pentru calibrul 11mm si 13mm"

**Raspuns:** pentru cal. 11 mm – fara teava ghintuita montata pe arma – pentru seringă de 1.5 si 3 ml – distanata este min 1m, max 20m pentru cal. 13 mm – fara teava ghintuita montata pe arma – pentru seringă de 5 si 10 ml – distanata este min 1m, max 20m pentru cal. 11 mm – cu teava ghintuita montata pe arma – pentru seringă de 3 ml – distanata este min 1m, max 60m; - pentru seringă de 1.5ml – distanta min 1m, max 130m

"Va rugam sa explicati cerintele referitoare la Lungimea seringii asa cum au fost formulate la punctul B.2) - " sa aiba lungime variabila 1-2 metri"

**Raspuns:** Lungimea dispozitivului jabstick ( seringă) este de 1m, la care se poate atasa o extensie inclusa in pachet care mareste distanta de administrare pana la 2m

"Va rugam sa explicati cerintele referitoare la Greutatea seringii asa cum au fost formulate la punctul B.4) - "sa aibe greutate de maxim 1,9Kg"

**Raspuns:** Greutatea totala a dispozitivului Jabstick cu manerul de extensie inclus este de 1.9kg

"Va rugam sa explicati cerintele referitoare la Greutatea seringii asa cum au fost formulate la punctul B.5) " sa se poata administra medicamente pana in 2 m "

**Raspuns:** Asa cum reiese din specificatiile tehnice ale produsului, fara manerul de extensie atasat, lungimea dispozitivului este de 1m, iar cu manerul de extensie atasat, este de 2m. Prin urmare, se pot administra doze de medicament sau tranchilizant de la o distanta de 1m pana la 2m.

